ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 ноября 2025 года № РЗН 2025/26325

На медицинское изделие
Денситометр рентгеновский костный "DiAR Falco"
по ТУ 26.60.11-004-12657596-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Медикал-Сервис"
(ООО "Медикал-Сервис"), Россия,
150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 5а, офис 10

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Медикал-Сервис"
(ООО "Медикал-Сервис"), Россия,
150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 5а, офис 10

Место производства медицинского изделия
ООО "Медикал-Сервис", Россия, 150043, Ярославская область, городской округ г. Ярославль, г. Ярославль, ул. Радищева, здание 5 а строение 2

Номер регистрационного досье **№ РД-70153/18070 от 04.07.2025**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2б**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.11.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 01 ноября 2025 года № 5626
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0085335

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 ноября 2025 года № РЗН 2025/26325

На медицинское изделие
Денситометр рентгеновский костный "DiAR Falco"
по ТУ 26.60.11-004-12657596-2024, в составе:
1. Стол-штатив моторизованный - 1 шт.
2. Генератор рентгеновского излучения HTB-1003, производства POSKOM Co., Ltd., Корея - 1 шт.
3. Рентгеновская трубка OPX/105, производства CEI, Италия - 1 шт.
4. Детектор рентгеновский цифровой R1AA-016 производства Osteosys Co., Ltd, Корея - 1 шт.
5. Подушка для бокового позиционирования - 1 шт.
6. Подушка для позиционирования ног - 1 шт.
7. Фиксатор для бокового позиционирования - 1 шт.
8. Матрас для стола пациента - 1 шт.
9. Автоматизированное рабочее место лаборанта, в составе:
- стол компьютерный - 1 шт.;
- персональный компьютер - 1 шт.;
- LCD-монитор - 1 шт.;
- клавиатура - 1 шт.;
- мышь компьютерная - 1 шт.;
- источник бесперебойного питания (ИБП) - 1 шт.;
- принтер (при необходимости) - 1 шт.;
10. Кабель локальной сети - 1 шт.;
11. Шнур сетевого питания - 1 шт.
12. Встроенное программное обеспечение DiAR - 1 шт.
13. Фантом L2AY-500A - 1 шт.
14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0169502

Информация с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru